

Szczecin, dnia 13.09.2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wielostanowiskowy ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z dostarczeniem do siedziby zamawiającego.

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie „zapytania ofertowego” za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: **ANALITYK, ul E. Romera 10-89, 02-784 Warszawa** – z ceną w wysokości **104 550,00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Streszczenie oceny pozostałych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę	ocena
SLAB/20 17/3777	Spectro-Lab, al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa	Oferta nie podlega ocenie- niezgodność w parametrach technicznych (informacja poniżej)
SLAB/20 17/4072	Spectro-Lab, al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa	Oferta nie podlega ocenie- niezgodność w parametrach technicznych (informacja poniżej)

W przedmiotowym postępowaniu nie podlega ocenie oferta wykonawcy **Spectro-Lab, al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa**. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego ocenie podlegają oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Oferta oferowanych ciśnieniowych mineralizatorów mikrofalowych nie spełnia minimalnych warunków w zakresie wymagań technicznych. Niezgodność dotyczy następujących parametrów technicznych:

Parametr	Oferta SLAB/2017/3777	Oferta SLAB/2017/4072
Bezkontaktowa kontrola i bezkontaktowy pomiar temperatury w każdym naczyniu reakcyjnym	Nie	Nie
Bezkontaktowa kontrola i bezkontaktowy pomiar ciśnienia roboczego w każdym naczyniu reakcyjnym.	Nie	Nie
Graficzna prezentacja wyników pomiaru ciśnienia roboczego w każdym naczyniu reakcyjnym	Nie	Nie

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej z zapytaniem ofertowym.

DZIEKAN
Wydziału Nauk o Żywności i Rybnictwa

Agnieszka Tor

.....
dr hab. inż. Agnieszka Tor, prof. zwyczajna
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Zamawiającego)