



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



**Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” działania 1.3 „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza” umowa o dofinansowanie nr 00006-6520.13-OR1600008/19/20 zawarta w dniu 30.10.2020 r.,**

„Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych metod wykorzystujących presję środowiska w rozrodzie i inkubacji ikry oraz wychowie stadiów młodocianych ryb łososiowatych w naturalnym środowisku niedostępnym ze względu na przeszkody migracyjne”

Szczecin, dnia 05.01.2022r.

**Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr ZP/WNoŻiR/1102/21 z dnia 31.12.2021 r. na dostawę suszarki do kruszywa**

### **Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego**

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści załączników do Zapytania Ofertowego:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, nie będącej stalą kwasoodporną ?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o regulacji temperatury co 1 st. C ?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną wyposażoną w wyświetlacz LCD, nie będący wyświetlaczem dotykowym, graficznym?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z możliwością sterowania wentylatorem w zakresie od 40% do 100%, co 10 % ?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści suszarkę wyposażoną w 5 półek bez wzmocnienia?

Odpowiedz: Tak, jeżeli nośność półki będzie wynosić co najmniej 80 kg.

Pytanie 6. Czy Zamawiający jest w stanie doprecyzować średnicę wymaganego otworu do wprowadzenia zewnętrznego czujnika oraz jego lokalizację?

Odpowiedz: Średnica:  $\phi=30$  mm  $\pm 5$  mm, lokalizacja: dowolna (poza drzwiami);

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez sygnalizacji otwartych drzwi ?

Odpowiedz: Tak

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od dnia podpisania umowy/otrzymania zamówienia ?

Odpowiedz: Nie. Informacja o zmianie terminu i miejsca dostawy została opublikowana w dniu 4.01.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT (link do strony [Zapytanie ofertowe nr ZP/WNoŻiR/1102/21 na dostawę suszarki do kruszywa - Biuletyn Informacji Publicznej ZUT](#)). Nowy termin dostarczenia towaru wynosi 45 dni.

**W związku z faktem iż powyższe odpowiedzi Zamawiającego modyfikują treść zapytania, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcą naniesienia stosownych poprawek do treści ofert,**

**wydłuża termin składania ofert o dwa dni robocze. Nowy termin składania ofert 13.01.2022r. –  
Godzina i miejsca składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Wszelkie zmiany naniesiony niniejszymi odpowiedziami mają charakter wiążący dla stron i  
zastępują dotychczasową treść Zapytania Ofertowego.**